



防水

IPX5 防水功能

检测标准为：用喷口 $30\text{kN}/\text{m}^2$ 的喷水管以 12.5 升/分从3米处向温度计的各个角度喷水 3 分钟。

HOLD

固定测量数据

按 **HOLD** 键，可固定测量数据并保持该数据的显示。

AUTO OFF

自动关闭

5 分钟以上不使用按钮，主机将自动关闭。

1/0.1

分辨率切换

按 **1/0.1** 键切换分辨率

P/V HOLD

P/V 值固定

可固定显示测量温度的最大值和最小值。



背光灯

按 键打开背光灯，可在黑暗处确认数据。

°C/°F

°C / °F 切换

按 **°C/°F** 键切换。

输入接口



ANP：小尺寸插口

附件



试验成绩书



主机套 机种：SCHD
(不包括温度计主机)



手带
(不包括温度计主机)